



**SZPITALE
TCZEWSKIE SA**

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 22/PN/2013

Z dnia: 06-11-2013r.

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

W załączniku ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 22/PN/2013” Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o wymiarach: „długość 500mm, szerokość 400 mm, wysokość 900 mm”.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 982 x 645 x 470 mm (wysokość x długość x szerokość)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia o ciężarze bez zbiornika max. 10 kg. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ciężarze 22 kg?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 3

Zamawiający wymaga, żeby przy dostawie sprzętu dołączyć „paszport techniczny”. Czy może być to dokument, pełniący podobną funkcję (wpisy na temat dokonanych przeglądów i napraw), o innej nazwie (np. „Karta eksploatacji”)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu max 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia.

Czy Zamawiający zgodzi się na czas reakcji serwisu max 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 5

Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów okresowych w okresie gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzeń.

Czy w przypadku, gdy producent nie wymaga dokonywania przeglądów w okresie gwarancji (pierwszy przegląd wymagany po roku od upłynięcia terminu gwarancji) Zamawiający będzie wymagał dodatkowych przeglądów w okresie gwarancji?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. W zależności od wymagań producenta.

Pytanie 6

Dotyczy pakiet 2, (aparat do krioterapii)

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymogi siwz, ze zbiornikiem 30 litrowym o wymiarach: 90 x 50 x 110 cm. Ta niewielka różnica w pojemności zwiększy ekonomię wykorzystania azotu. Urządzenie posiada dodatkowo dotykowy panel sterujący.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 7

Dotyczy pakiet 5, pozycja 2 (wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa)

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach:

- szerokość 720 mm
- wysokość 900 (całkowita (980) mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Pakiet nr 6 Dostawa aparatu do elektroterapii

Czy zamawiający wymaga głowicy ultradźwiękowej razem z aparatem, czy tylko musi być możliwość podłączenia głowicy ultradźwiękowej do aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga głowicy ultradźwiękowej razem z aparatem – kompletne urządzenie

Pytanie 9

Pakiet nr 6 Dostawa aparatu do elektroterapii

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do elektroterapii bez możliwości podłączenia głowicy ultradźwiękowej do aparatu, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 10

Pakiet nr 7 - dostawa aparatu do ultradźwięków

W opisie aparatu do ultradźwięków Zamawiający wymaga aparatu z głowicami dwu częstotliwościowymi 1 i 3,5 MHz oraz z głowicą do elektrofonoforezy o częstotliwości 1 MHz - czy w opisie nie nastąpiła pomyłka, ponieważ prawdopodobnie zostały połączone dwa aparaty Sonoter Plus i Sonaris S w aparacie Sonaris S występują głowice dwu częstotliwościowe a w aparacie Sonoter Plus występuje głowica do elektrofonoforezy i w żaden sposób nie można tego połączyć - proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z głowicą jednoczęstotliwościową 1MHz – 4 cm2 i głowicą do elektrofonoforezy